

亚太森博（广东）纸业有限公司

TP自动监测设备验收意见



2025年10月31日亚太森博（广东）纸业有限公司根据《水污染源在线监测系统验收技术规范》(HJ354-2019)相关规范，组织召开“亚太森博（广东）纸业有限公司更换TP自动监测设备验收会，并成立验收工作组。验收工作组由亚太森博（广东）纸业有限公司（建设单位）和杭州山屿源环保科技有限公司（设备供应单位）等单位的代表组成。验收工作组对TP自动监测设备进行了现场查看，听取了设备供应单位关于TP自动监测设备的情况介绍，审阅了验收报告等相关材料，经过充分讨论，形成验收意见如下：

一、TP自动监测设备基本情况

亚太森博（广东）纸业有限公司废水污染物监测站新更换1台TP自动监测设备型号为NP5800。

二、TP自动监测设备安装调试情况

TP自动监测设备通过中国环境保护产品认证，具有环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测合格报告。

TP自动监测设备安装调试根据(HJ353-2019)规范中第7章节调试要求进行24小时漂移、重复性、示值误差和实际水样等测试。测试结果符合《水污染源在线监测系统安装技术规范》(HJ 353-2019)规范要求。

广东利泉检测有限公司对TP自动监测设备进行比对验收监测，并出具在线验收监测比对利泉检字（2025）第091908号检测报告。报告符合《水污染源在线监测系统验收技术规范》(HJ354-2019)规范要求。

郭明 张洲 李峰 陈航 王常 钟元明

三、验收结论和建议

1、验收结论

现场查看亚太森博（广东）纸业有限公司TP自动监测设备运行状态正常，平稳，提供的资料、记录，和报告基本齐全，符合《水污染源在线监测系统验收技术规范》(HJ 354-2019)相关要求。根据利泉检字（2025）第091908号检测报告各项有效数据一致性均符合验收要求，比对结果全部合格。验收工作组一致同意亚太森博（广东）纸业有限公司TP自动监测设备验收通过。

2、建议

加强对TP自动监测设备的运行管理，保证TP自动监测设备日常运行符合《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》(HJ355-2019)，做到定期校准和校验，定期维护，降低设备的故障率。

验收工作组签名：

廖和鹏 马长洲 林加旺
吴华峰 叶浩 钟初明

2025年10月31日

四、验收组人员信息表

验收组职务	姓名	工作单位	职务/职称	联系电话	签字
	曹福海	亚太森博(广东)纸业股份有限公司	代表	15039431028	曹福海
	王长川	亚太森博(广东)纸业股份有限公司	环保工程师	13822352416	王长川
	李华峰	福州福瑞达生物科技有限公司	销售工程师	18022065881	李华峰
	林振平	亚太森博(广东)纸业股份有限公司	环保工程师	13631881282	林振平
	江青	亚太森博(广东)纸业股份有限公司	主管	13422720555	江青
	钟元明	杭州之江造纸机械有限公司	采购经理	13486165853	钟元明

