



亚太森博（广东）纸业有限公司更换超声波明渠流量计自主验收意见

因原超声波明渠流量计老旧、不符合新的标准及规范，亚太森博（广东）纸业有限公司委托广东伟创科技发展有限公司为其供货并安装调试。广东伟创科技发展有限公司依据《水污染源在线监测系统（CODCr、NH₃-N 等）安装技术规范》（HJ 353-2019）中的要求，完成了安装、调试、试运行工作，达到可组织实施验收的条件。验收组依据《水污染源在线监测系统（CODCr、NH₃-N 等）验收技术规范》（HJ 354-2019）于 2025 年 4 月 9 日对流量计的仪器安装、联网情况进行了检查，经研究，提出意见如下：

一、污染源自动监控设备基本情况

亚太森博（广东）纸业有限公司在厂区排排放口安装了由广东伟创科技发展有限公司的 DLK-D2 型（仪器编号：WC-LLJ20230056）在线流量计自动监测仪 1 套。

二、调试检测情况

建设单位的废水在线监控系统安装后，经初试、调试并试运行 30 天，没有出现故障，仪器性能技术指标检测满足《水污染源在线监测系统安装技术规范》（HJ 353—2019）要求，相关调试记录已形成调试报告和试运行报告。

三、验收监测（测试）情况

监测单位广东青创环境检测有限公司于 2025 年 4 月 9 日对仪器进行了比对验收，比对合格。

五、联网情况

流量计已通过数据采集仪与环保部门联网。

根据亚太森博（广东）纸业有限公司提供的联网数据显示：联网稳定性、数据传输安全性、通信协议正确性、数据传输正确性和联网稳定性等调试参数符合要求。

六、管理及资料台账情况

建设单位流量计台账基本完善，各个监测设备的文件资料（主要为仪器使用说明书、详细的仪器初调和调试检测报告运行维护记录等）已分别归档保存。

七、制度建设及落实情况

建设单位制定了《维护规程》，并已落实到实际工作中和做好相关记录。

八、验收结论

验收工作组同意通过亚太森博（广东）纸业有限公司水污染源在线监测系统自主验收。

九、验收人员名单

附：亚太森博（广东）纸业有限公司水污染源在线监测系统自主验收工作组成员名单

序号	单位名称	姓名	职务/职称
1	亚太森博(广东)纸业有限公司	叶伟	主管
2	亚太森博(广东)纸业有限公司	张洲	工程师
3	亚太森博(广东)纸业有限公司	曹书婷	工程师
4	广东青创环境检测有限公司	林健强	
5	广东伟创科技开发有限公司	王俊洲	